# 日统计

统计时间:开始时间:2026-09-01　截止时间:2026-09-30

| 对象名称 | 监控点名称 | 分析日期 | 采集类型 | 报警上下限 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2号冷藏箱（EAV4D） | 00006092 | 2026-09-01 | 温度(℃) | 2~8 | 6.4 | 5.9 | 6.14 |
| 2号冷藏箱（EAV4D） | 00006092 | 2026-09-02 | 温度(℃) | 2~8 | 6.4 | 5.9 | 6.14 |
| 2号冷藏箱（EAV4D） | 00006092 | 2026-09-03 | 温度(℃) | 2~8 | 6.4 | 5.8 | 6.14 |
| 2号冷藏箱（EAV4D） | 00006092 | 2026-09-04 | 温度(℃) | 2~8 | 6.4 | 5.8 | 6.12 |
| 2号冷藏箱（EAV4D） | 00006092 | 2026-09-05 | 温度(℃) | 2~8 | 6.4 | 5.9 | 6.13 |
| 2号冷藏箱（EAV4D） | 00006092 | 2026-09-06 | 温度(℃) | 2~8 | 6.4 | 5.8 | 6.11 |
| 2号冷藏箱（EAV4D） | 00006092 | 2026-09-07 | 温度(℃) | 2~8 | 6.4 | 5.8 | 6.12 |
| 2号冷藏箱（EAV4D） | 00006092 | 2026-09-08 | 温度(℃) | 2~8 | 6.4 | 5.8 | 6.13 |
| 2号冷藏箱（EAV4D） | 00006092 | 2026-09-09 | 温度(℃) | 2~8 | 6.4 | 5.8 | 6.14 |
| 2号冷藏箱（EAV4D） | 00006092 | 2026-09-10 | 温度(℃) | 2~8 | 6.4 | 5.9 | 6.15 |
| 2号冷藏箱（EAV4D） | 00006092 | 2026-09-11 | 温度(℃) | 2~8 | 6.4 | 5.9 | 6.14 |
| 2号冷藏箱（EAV4D） | 00006092 | 2026-09-12 | 温度(℃) | 2~8 | 6.4 | 5.9 | 6.14 |
| 2号冷藏箱（EAV4D） | 00006092 | 2026-09-13 | 温度(℃) | 2~8 | 6.4 | 5.9 | 6.15 |
| 2号冷藏箱（EAV4D） | 00006092 | 2026-09-14 | 温度(℃) | 2~8 | 6.4 | 5.8 | 6.14 |
| 2号冷藏箱（EAV4D） | 00006092 | 2026-09-15 | 温度(℃) | 2~8 | 6.4 | 5.8 | 6.14 |
| 2号冷藏箱（EAV4D） | 00006092 | 2026-09-16 | 温度(℃) | 2~8 | 6.4 | 5.9 | 6.15 |
| 2号冷藏箱（EAV4D） | 00006092 | 2026-09-17 | 温度(℃) | 2~8 | 6.4 | 5.9 | 6.16 |

| 对象名称 | 监控点名称 | 分析日期 | 采集类型 | 报警上下限 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2号冷藏箱（EAV4D） | 00006092 | 2026-09-18 | 温度(℃) | 2~8 | 6.5 | 5.9 | 6.16 |
| 2号冷藏箱（EAV4D） | 00006092 | 2026-09-19 | 温度(℃) | 2~8 | 6.6 | 5.9 | 6.16 |
| 2号冷藏箱（EAV4D） | 00006092 | 2026-09-20 | 温度(℃) | 2~8 | 6.5 | 5.7 | 6.2 |

打印者签名: 

复核者签名: 

# 日统计

统计时间:开始时间:2026-09-01　截止时间:2026-09-30

| 对象名称 | 监控点名称 | 分析日期 | 采集类型 | 报警上下限 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-09-01 | 温度(℃) | 10~25 | 17.8 | 15.6 | 16.95 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-09-02 | 温度(℃) | 10~25 | 17.7 | 16 | 16.95 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-09-03 | 温度(℃) | 10~25 | 17.8 | 15.9 | 16.96 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-09-04 | 温度(℃) | 10~25 | 17.8 | 16 | 17.06 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-09-05 | 温度(℃) | 10~25 | 18.8 | 15.7 | 17.04 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-09-06 | 温度(℃) | 10~25 | 17.8 | 16 | 17.01 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-09-07 | 温度(℃) | 10~25 | 17.8 | 16 | 16.97 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-09-08 | 温度(℃) | 10~25 | 17.8 | 16 | 16.98 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-09-09 | 温度(℃) | 10~25 | 17.8 | 16 | 17 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-09-10 | 温度(℃) | 10~25 | 17.8 | 16 | 17.03 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-09-11 | 温度(℃) | 10~25 | 17.8 | 16.1 | 17 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-09-12 | 温度(℃) | 10~25 | 17.8 | 16 | 17.01 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-09-13 | 温度(℃) | 10~25 | 17.8 | 16 | 16.99 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-09-14 | 温度(℃) | 10~25 | 19.4 | 16 | 17.05 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-09-15 | 温度(℃) | 10~25 | 17.8 | 16.1 | 17.01 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-09-16 | 温度(℃) | 10~25 | 17.8 | 16 | 17 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-09-17 | 温度(℃) | 10~25 | 17.7 | 16 | 16.95 |

数据来自【冷链监控】，当前时间:2026-10-08 10:26:17,导出人:朱超

| 对象名称 | 监控点名称 | 分析日期 | 采集类型 | 报警上下限 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-09-18 | 温度(℃) | 10~25 | 17.8 | 15.5 | 16.96 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-09-19 | 温度(℃) | 10~25 | 17.7 | 16 | 16.94 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-09-20 | 温度(℃) | 10~25 | 18 | 15.8 | 17.05 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-09-21 | 温度(℃) | 10~25 | 18 | 15.8 | 17.19 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-09-22 | 温度(℃) | 10~25 | 18 | 15.8 | 17.19 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-09-23 | 温度(℃) | 10~25 | 18.1 | 15.9 | 17.01 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-09-24 | 温度(℃) | 10~25 | 18.4 | 15.6 | 17.26 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-09-25 | 温度(℃) | 10~25 | 18 | 15.8 | 17.2 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-09-26 | 温度(℃) | 10~25 | 17.9 | 15.8 | 17.06 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-09-27 | 温度(℃) | 10~25 | 18 | 15.6 | 17.11 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-09-28 | 温度(℃) | 10~25 | 18 | 15.8 | 17.18 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-09-29 | 温度(℃) | 10~25 | 18 | 15.9 | 17.17 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-09-30 | 温度(℃) | 10~25 | 18 | 15.6 | 17.18 |

打印者签名：朱超　　复核者签名：孙洁

# 日统计

统计时间:开始时间:2026-09-01　截止时间:2026-09-30

| 对象名称 | 监控点名称 | 分析日期 | 采集类型 | 报警上下限 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-09-01 | 温度(℃) | 0~20 | 13.3 | 12.8 | 13.05 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-09-02 | 温度(℃) | 0~20 | 13.3 | 12.7 | 13.04 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-09-03 | 温度(℃) | 0~20 | 13.2 | 12.8 | 13.04 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-09-04 | 温度(℃) | 0~20 | 13.3 | 12.9 | 13.1 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-09-05 | 温度(℃) | 0~20 | 15.6 | 12.9 | 13.13 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-09-06 | 温度(℃) | 0~20 | 13.4 | 12.9 | 13.09 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-09-07 | 温度(℃) | 0~20 | 13.3 | 12.8 | 13.1 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-09-08 | 温度(℃) | 0~20 | 13.3 | 12.9 | 13.09 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-09-09 | 温度(℃) | 0~20 | 13.4 | 12.9 | 13.12 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-09-10 | 温度(℃) | 0~20 | 15.4 | 12.8 | 13.16 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-09-11 | 温度(℃) | 0~20 | 13.4 | 12.7 | 13.09 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-09-12 | 温度(℃) | 0~20 | 13.3 | 12.8 | 13.1 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-09-13 | 温度(℃) | 0~20 | 13.4 | 12.8 | 13.1 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-09-14 | 温度(℃) | 0~20 | 13.3 | 12.9 | 13.12 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-09-15 | 温度(℃) | 0~20 | 15.4 | 12.9 | 13.17 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-09-16 | 温度(℃) | 0~20 | 13.4 | 12.9 | 13.1 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-09-17 | 温度(℃) | 0~20 | 13.3 | 12.8 | 13.07 |

数据来自【冷链监控】，当前时间:2026-10-08 10:26:25,导出人:朱超

| 对象名称 | 监控点名称 | 分析日期 | 采集类型 | 报警上下限 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-09-18 | 温度(℃) | 0~20 | 13.5 | 12.4 | 12.96 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-09-19 | 温度(℃) | 0~20 | 13 | 12.4 | 12.66 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-09-20 | 温度(℃) | 0~20 | 15 | 12 | 12.85 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-09-21 | 温度(℃) | 0~20 | 13.3 | 12.6 | 12.96 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-09-22 | 温度(℃) | 0~20 | 13.3 | 12.6 | 12.9 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-09-23 | 温度(℃) | 0~20 | 13.3 | 11.9 | 12.7 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-09-24 | 温度(℃) | 0~20 | 13.3 | 12.6 | 13.01 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-09-25 | 温度(℃) | 0~20 | 13.3 | 12.6 | 12.99 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-09-26 | 温度(℃) | 0~20 | 14.9 | 12.5 | 13.01 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-09-27 | 温度(℃) | 0~20 | 13.3 | 12.6 | 12.98 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-09-28 | 温度(℃) | 0~20 | 13.3 | 12.6 | 12.98 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-09-29 | 温度(℃) | 0~20 | 13.3 | 12.5 | 13.01 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-09-30 | 温度(℃) | 0~20 | 13.3 | 12.5 | 12.99 |

打印者签名：朱超　　复核者签名：孙洁

# 日统计

统计时间:开始时间:2026-09-01　截止时间:2026-09-30

| 对象名称 | 监控点名称 | 分析日期 | 采集类型 | 报警上下限 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-09-01 | 温度(℃) | 15~25 | 22.7 | 21.7 | 22.15 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-09-02 | 温度(℃) | 15~25 | 22.7 | 21.8 | 22.16 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-09-03 | 温度(℃) | 15~25 | 22.7 | 21.7 | 22.14 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-09-04 | 温度(℃) | 15~25 | 22.7 | 21.7 | 22.2 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-09-05 | 温度(℃) | 15~25 | 22.7 | 21.8 | 22.2 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-09-06 | 温度(℃) | 15~25 | 22.7 | 21.7 | 22.19 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-09-07 | 温度(℃) | 15~25 | 22.7 | 21.7 | 22.21 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-09-08 | 温度(℃) | 15~25 | 22.7 | 21.7 | 22.2 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-09-09 | 温度(℃) | 15~25 | 22.8 | 21.7 | 22.22 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-09-10 | 温度(℃) | 15~25 | 22.7 | 21.7 | 22.22 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-09-11 | 温度(℃) | 15~25 | 22.7 | 21.8 | 22.22 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-09-12 | 温度(℃) | 15~25 | 22.7 | 21.7 | 22.2 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-09-13 | 温度(℃) | 15~25 | 22.7 | 21.7 | 22.17 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-09-14 | 温度(℃) | 15~25 | 22.7 | 21.7 | 22.22 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-09-15 | 温度(℃) | 15~25 | 22.8 | 21.8 | 22.26 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-09-16 | 温度(℃) | 15~25 | 22.8 | 21.8 | 22.23 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-09-17 | 温度(℃) | 15~25 | 23 | 21.8 | 22.22 |

数据来自【冷链监控】，当前时间:2026-10-08 10:26:32,导出人:朱超

| 对象名称 | 监控点名称 | 分析日期 | 采集类型 | 报警上下限 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-09-18 | 温度(℃) | 15~25 | 22.7 | 21.8 | 22.22 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-09-19 | 温度(℃) | 15~25 | 22.7 | 21.8 | 22.15 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-09-20 | 温度(℃) | 15~25 | 23 | 21.5 | 22.25 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-09-21 | 温度(℃) | 15~25 | 23 | 21.6 | 22.36 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-09-22 | 温度(℃) | 15~25 | 23 | 21.5 | 22.32 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-09-23 | 温度(℃) | 15~25 | 23 | 21.3 | 22.28 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-09-24 | 温度(℃) | 15~25 | 23 | 21.7 | 22.7 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-09-25 | 温度(℃) | 15~25 | 23 | 21.7 | 22.6 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-09-26 | 温度(℃) | 15~25 | 23 | 21.6 | 22.44 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-09-27 | 温度(℃) | 15~25 | 23 | 21.6 | 22.5 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-09-28 | 温度(℃) | 15~25 | 23.1 | 21.6 | 22.65 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-09-29 | 温度(℃) | 15~25 | 23 | 21.7 | 22.77 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-09-30 | 温度(℃) | 15~25 | 23 | 21.6 | 22.75 |

打印者签名：朱超　　复核者签名：孙洁

# 日统计

统计时间:开始时间:2026-09-01　截止时间:2026-09-30

| 对象名称 | 监控点名称 | 分析日期 | 采集类型 | 报警上下限 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-09-01 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.7 | 5.84 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-09-02 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.7 | 5.85 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-09-03 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.85 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-09-04 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.7 | 5.83 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-09-05 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.84 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-09-06 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.84 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-09-07 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.7 | 5.85 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-09-08 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.86 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-09-09 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.87 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-09-10 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.87 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-09-11 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.86 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-09-12 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.87 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-09-13 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.86 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-09-14 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.86 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-09-15 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.7 | 5.85 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-09-16 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.89 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-09-17 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.89 |

| 对象名称 | 监控点名称 | 分析日期 | 采集类型 | 报警上下限 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-09-18 | 温度(℃) | 2~8 | 6.1 | 5.8 | 5.89 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-09-19 | 温度(℃) | 2~8 | 6.1 | 5.9 | 5.98 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-09-20 | 温度(℃) | 2~8 | 6.2 | 5.8 | 5.96 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-09-21 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.9 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-09-22 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.91 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-09-23 | 温度(℃) | 2~8 | 6.1 | 5.8 | 5.95 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-09-24 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.88 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-09-25 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.89 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-09-26 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.88 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-09-27 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.9 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-09-28 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.89 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-09-29 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.89 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-09-30 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.88 |

打印者签名：朱超　　复核者签名：孙洁