# 南京市计量监督检测院

Nanjing Institute of Metrological Supervision and Testing

# 校 准 证 书

## CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号 Certificate No：第 01955241-027 号

| | |
|---|---|
| 委 托 者 Customer | 中国医学科学院皮肤病医院 |
| 委托者地址 Add.of Customer | 蒋王庙街14号 |
| 样品名称 Description of Sample | 冷链 |
| 制造厂商 Manufacturer | 海尔 |
| 型号/规格 Model/Specification | YB-HC004-002784 |
| 样品编号 Number of Sample | 00006092（02）设备编号: 住院部1F药库（临床药理及化妆品检测中心） |
| 受样日期 Date of Sampling | 2026 - 02 - 06 |
| 校准日期 Date of this Calibration | 2026 - 02 - 09 |

证书批准人 Approved by：徐昇 徐昇　批准人职务 Position：部长

校准员 Calibrated by：邵诗梦 邵诗梦　核验员 Checked by：董倩月 董倩月

证书发布日期 Date of publishing：2026 年 Year 02 月 Month 09 日 Day

未经许可，部分复制本证书内容无效，本证书加盖校准专用章有效。

This report shall not be partial reproduced without permission, and will be invalid without office stamp.

计量检定机构授权证书号：（苏）法计（2023）10091号
Authorization certificate №（2023）10091

地址：南京市栖霞区仙林大道10号
Add: NO.10 Xianlin Road, Qixia District, Nanjing

业务查询：025-85410283
Tel.for inquire about

电子信箱： njsjly@njsjly.com
E-mail

业务（投诉）电话：025-86735511
Tel. for complaints

邮编：210049
PostCode

| | |
|---|---|
| **校准技术依据：**<br>Reference of Calibration | ZDRF-059-2025《冷链温湿度监控设备在线校准方法》 |
| **客户特殊要求：**<br>Customer Special Requirements | |

## 校准使用的主要计量标准器具

Standard of Measurement Used in This Calibration

| 名称<br>Name | 型号/规格<br>Model/Specification | 不确定度或准确度等级或最大允许误差<br>Uncertainty/Accuracy class/Maximum permissible error | 器具编号<br>№ of the Standard | 溯源机构/证书编号<br>Verification or calibration Organization/Certificate № | 证书有效期限<br>Valid Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 温湿度巡检仪 | 630-A1 | 温度MPE：±0.1℃；<br>湿度MPE：±1%RH | 25121D010043 | 南京市计量监督检测院<br>01922167 | 2027-01-07 |

本次校准所使用的计量标准器具的量值可溯源至国际单位制
This standard of measurement used in calibration be traceable to SI

**校准地点：**
Location Where the Calibration was Carried Out 中国医学科学院皮肤病医院

**校准时环境条件：**
Environmental Condition For Calibration

**温度：** Temperature 23℃ ～ /　**相对湿度：** Relative Humidity 54% ～ /　**其它：** Others /

**说明/专业建议：**
Explanation/Professional Suggestion

如果希望在制造商指定的技术指标范围内，或者在技术法规规定的范围
If it is desired to use the test results within the manufacturer's specifications, or within the limits of technical regulations,
内使用本校准结果，建议复校时间间隔为 / 个月（请在当月底前完成再校）。
the recalibration interval is recommended to be / months. Recalibration should be completed before the end of the month.
（该校准周期参照校准方法给出的建议作出，仅供参考）
The calibration cycle is determined based on the calibration method and is for reference only.

**其它说明：** /
Other Remarks

本证书提供的结果仅对本次被校的样品有效。
It's effect that the result of this certificate relate only for the sample(s) calibrated.

**校准数据/结果：**
Data/Result of Calibration

| 显示温度/℃ | 实测温度/℃ | 示值误差/℃ |
|---|---|---|
| 6.1 | 5.3 | 0.8 |

以下无校准数据

**本次校准结果的不确定度：**
Uncertainty of This Calibration Result

温度示值误差校准的测量不确定度：$U$=0.3℃，$k$=2。