南京市计量监督检测院

Nanjing Institute of Metrological Supervision and Testing

校 准 证 书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号 Certificate No：第 01955241-029 号

委 托 者 Customer	中国医学科学院皮肤病医院
委托者地址 Add.of Customer	蒋王庙街14号
样品名称 Description of Sample	冷链
制造厂商 Manufacturer	海尔
型号/规格 Model/Specification	YB-HC004-002784
样品编号 Number of Sample	000062d3（07）设备编号: 住院部1F药库（临床药理及化妆品检测中心）
受样日期 Date of Sampling	2026 - 02 - 06
校准日期 Date of this Calibration	2026 - 02 - 09

证书批准人 Approved by：徐昇 徐昇　批准人职务 Position：部长

校准员 Calibrated by：邵诗梦 邵诗梦　核验员 Checked by：董倩月 董倩月

证书发布日期 Date of publishing：2026 年 Year 02 月 Month 09 日 Day

未经许可，部分复制本证书内容无效，本证书加盖校准专用章有效。

This report shall not be partial reproduced without permission, and will be invalid without office stamp.

计量检定机构授权证书号：（苏）法计（2023）10091号
Authorization certificate №（2023）10091

地址：南京市栖霞区仙林大道10号
Add: NO.10 Xianlin Road, Qixia District, Nanjing

业务查询：025-85410283
Tel.for inquire about

电子信箱： njsjly@njsjly.com
E-mail

业务（投诉）电话：025-86735511
Tel. for complaints

邮编：210049
PostCode

校准技术依据： Reference of Calibration	ZDRF-059-2025《冷链温湿度监控设备在线校准方法》
客户特殊要求： Customer Special Requirements	

校准使用的主要计量标准器具
Standard of Measurement Used in This Calibration

名称 Name	型号/规格 Model/Specification	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy class/Maximum permissible error	器具编号 № of the Standard	溯源机构/证书编号 Verification or calibration Organization/Certificate №	证书有效期限 Valid Date
温湿度巡检仪	630-A1	温度MPE：±0.1℃； 湿度MPE：±1%RH	25121D010043	南京市计量监督检测院 01922167	2027-01-07

本次校准所使用的计量标准器具的量值可溯源至国际单位制
This standard of measurement used in calibration be traceable to SI

校准地点：
Location Where the Calibration was Carried Out 中国医学科学院皮肤病医院

校准时环境条件：
Environmental Condition For Calibration

温度： Temperature 23℃ ～ /　**相对湿度：** Relative Humidity 54% ～ /　**其它：** Others /

说明/专业建议：
Explanation/Professional Suggestion

如果希望在制造商指定的技术指标范围内，或者在技术法规规定的范围
If it is desired to use the test results within the manufacturer's specifications, or within the limits of technical regulations,
内使用本校准结果，建议复校时间间隔为 / 个月（请在当月底前完成再校）。
the recalibration interval is recommended to be / months. Recalibration should be completed before the end of the month.
（该校准周期参照校准方法给出的建议作出，仅供参考）
The calibration cycle is determined based on the calibration method and is for reference only.

其它说明： /
Other Remarks

本证书提供的结果仅对本次被校的样品有效。
It's effect that the result of this certificate relate only for the sample(s) calibrated.

校准数据/结果：
Data/Result of Calibration

显示温度/℃	实测温度/℃	示值误差/℃
19.0	19.0	0.0

以下无校准数据

本次校准结果的不确定度：
Uncertainty of This Calibration Result

温度示值误差校准的测量不确定度：U=0.3℃，k=2。