# 日统计

统计时间:开始时间:2026-10-01　截止时间:2026-10-31

| 对象名称 | 监控点名称 | 分析日期 | 采集类型 | 报警上下限 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-10-01 | 温度(℃) | 10~25 | 18 | 15.4 | 17.17 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-10-02 | 温度(℃) | 10~25 | 18 | 15.6 | 17.18 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-10-03 | 温度(℃) | 10~25 | 18 | 15.8 | 17.18 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-10-04 | 温度(℃) | 10~25 | 18 | 15.6 | 17.2 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-10-05 | 温度(℃) | 10~25 | 18 | 15.6 | 17.16 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-10-06 | 温度(℃) | 10~25 | 18 | 16 | 17.2 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-10-07 | 温度(℃) | 10~25 | 17.9 | 15.8 | 17.14 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-10-08 | 温度(℃) | 10~25 | 18 | 15.6 | 17.24 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-10-09 | 温度(℃) | 10~25 | 18.3 | 15.7 | 17.19 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-10-10 | 温度(℃) | 10~25 | 18.1 | 15.6 | 17.15 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-10-11 | 温度(℃) | 10~25 | 18 | 15.6 | 17.13 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-10-12 | 温度(℃) | 10~25 | 18 | 16 | 17.18 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-10-13 | 温度(℃) | 10~25 | 18 | 15.7 | 17.2 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-10-14 | 温度(℃) | 10~25 | 18 | 15.9 | 17.12 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-10-15 | 温度(℃) | 10~25 | 17.8 | 15.9 | 17 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-10-16 | 温度(℃) | 10~25 | 17.8 | 15 | 16.9 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-10-17 | 温度(℃) | 10~25 | 17.6 | 15.7 | 16.83 |

数据来自【冷链监控】，当前时间:2026-11-02 08:11:15,导出人:朱超

| 对象名称 | 监控点名称 | 分析日期 | 采集类型 | 报警上下限 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-10-18 | 温度(℃) | 10~25 | 17.7 | 15.7 | 16.83 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-10-19 | 温度(℃) | 10~25 | 17.7 | 15.6 | 16.82 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-10-20 | 温度(℃) | 10~25 | 18.8 | 15.8 | 16.95 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-10-21 | 温度(℃) | 10~25 | 17.8 | 15.8 | 16.97 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-10-22 | 温度(℃) | 10~25 | 17.8 | 15.1 | 17.01 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-10-23 | 温度(℃) | 10~25 | 17.8 | 15.7 | 16.98 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-10-24 | 温度(℃) | 10~25 | 17.7 | 15.8 | 16.94 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-10-25 | 温度(℃) | 10~25 | 17.7 | 15.8 | 16.83 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-10-26 | 温度(℃) | 10~25 | 17.7 | 15.7 | 16.8 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-10-27 | 温度(℃) | 10~25 | 17.7 | 15.7 | 16.91 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-10-28 | 温度(℃) | 10~25 | 17.9 | 15.8 | 16.99 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-10-29 | 温度(℃) | 10~25 | 17.8 | 15.9 | 17.1 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-10-30 | 温度(℃) | 10~25 | 18.8 | 15.9 | 17.06 |
| 5号恒温箱（FYL-24-181208） | 00005F39 | 2026-10-31 | 温度(℃) | 10~25 | 17.9 | 15.9 | 17.09 |

打印者签名：朱超　　复核者签名：孙洁

# 日统计

统计时间:开始时间:2026-10-01　截止时间:2026-10-31

| 对象名称 | 监控点名称 | 分析日期 | 采集类型 | 报警上下限 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-10-01 | 温度(℃) | 0~20 | 13.3 | 12.5 | 13 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-10-02 | 温度(℃) | 0~20 | 13.4 | 12.6 | 13.01 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-10-03 | 温度(℃) | 0~20 | 14.3 | 12.6 | 13.03 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-10-04 | 温度(℃) | 0~20 | 13.4 | 12.6 | 13.03 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-10-05 | 温度(℃) | 0~20 | 13.3 | 12.5 | 13 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-10-06 | 温度(℃) | 0~20 | 13.3 | 12.4 | 12.99 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-10-07 | 温度(℃) | 0~20 | 13.3 | 12.6 | 13 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-10-08 | 温度(℃) | 0~20 | 13.4 | 12.4 | 13.01 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-10-09 | 温度(℃) | 0~20 | 14.6 | 12.5 | 13.04 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-10-10 | 温度(℃) | 0~20 | 13.4 | 12.5 | 13.02 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-10-11 | 温度(℃) | 0~20 | 13.4 | 12.5 | 13.01 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-10-12 | 温度(℃) | 0~20 | 13.4 | 12.5 | 13 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-10-13 | 温度(℃) | 0~20 | 13.4 | 12.5 | 13 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-10-14 | 温度(℃) | 0~20 | 13.3 | 12.4 | 12.91 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-10-15 | 温度(℃) | 0~20 | 14.7 | 12.6 | 12.86 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-10-16 | 温度(℃) | 0~20 | 13.1 | 12.4 | 12.78 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-10-17 | 温度(℃) | 0~20 | 13 | 12.4 | 12.68 |

数据来自【冷链监控】，当前时间:2026-11-02 08:11:24,导出人:朱超

| 对象名称 | 监控点名称 | 分析日期 | 采集类型 | 报警上下限 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-10-18 | 温度(℃) | 0~20 | 12.9 | 12.3 | 12.67 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-10-19 | 温度(℃) | 0~20 | 12.9 | 12.2 | 12.64 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-10-20 | 温度(℃) | 0~20 | 15.1 | 12.4 | 12.68 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-10-21 | 温度(℃) | 0~20 | 13.1 | 12.5 | 12.72 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-10-22 | 温度(℃) | 0~20 | 13.2 | 12.5 | 12.79 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-10-23 | 温度(℃) | 0~20 | 13.1 | 12.1 | 12.59 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-10-24 | 温度(℃) | 0~20 | 12.8 | 12.1 | 12.44 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-10-25 | 温度(℃) | 0~20 | 12.7 | 12.1 | 12.38 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-10-26 | 温度(℃) | 0~20 | 14.8 | 12.1 | 12.42 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-10-27 | 温度(℃) | 0~20 | 12.9 | 12 | 12.38 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-10-28 | 温度(℃) | 0~20 | 12.8 | 12.1 | 12.42 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-10-29 | 温度(℃) | 0~20 | 12.8 | 12.2 | 12.51 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-10-30 | 温度(℃) | 0~20 | 12.9 | 12 | 12.55 |
| 6号恒温箱（FYL-21-145419） | 0000615E | 2026-10-31 | 温度(℃) | 0~20 | 15 | 12.3 | 12.67 |

打印者签名：朱超　　复核者签名：孙洁

# 日统计

统计时间:开始时间:2026-10-01　截止时间:2026-10-31

| 对象名称 | 监控点名称 | 分析日期 | 采集类型 | 报警上下限 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-10-01 | 温度(℃) | 15~25 | 23 | 21.7 | 22.72 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-10-02 | 温度(℃) | 15~25 | 23 | 22.4 | 22.78 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-10-03 | 温度(℃) | 15~25 | 23 | 22.5 | 22.79 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-10-04 | 温度(℃) | 15~25 | 23 | 22.4 | 22.8 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-10-05 | 温度(℃) | 15~25 | 23 | 22.3 | 22.81 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-10-06 | 温度(℃) | 15~25 | 23 | 21.4 | 22.59 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-10-07 | 温度(℃) | 15~25 | 23 | 21.7 | 22.58 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-10-08 | 温度(℃) | 15~25 | 23.1 | 21.6 | 22.75 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-10-09 | 温度(℃) | 15~25 | 23 | 21.9 | 22.66 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-10-10 | 温度(℃) | 15~25 | 22.9 | 22.3 | 22.71 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-10-11 | 温度(℃) | 15~25 | 22.9 | 22.3 | 22.73 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-10-12 | 温度(℃) | 15~25 | 22.9 | 22.2 | 22.66 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-10-13 | 温度(℃) | 15~25 | 23 | 21.7 | 22.7 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-10-14 | 温度(℃) | 15~25 | 23 | 21.7 | 22.45 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-10-15 | 温度(℃) | 15~25 | 22.8 | 21.7 | 22.27 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-10-16 | 温度(℃) | 15~25 | 22.8 | 21.7 | 22.23 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-10-17 | 温度(℃) | 15~25 | 22.7 | 21.7 | 22.14 |

数据来自【冷链监控】，当前时间:2026-11-02 08:11:32,导出人:朱超

| 对象名称 | 监控点名称 | 分析日期 | 采集类型 | 报警上下限 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-10-18 | 温度(℃) | 15~25 | 22.6 | 21.7 | 22.1 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-10-19 | 温度(℃) | 15~25 | 22.7 | 21.7 | 22.16 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-10-20 | 温度(℃) | 15~25 | 22.8 | 21.7 | 22.18 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-10-21 | 温度(℃) | 15~25 | 22.8 | 21.7 | 22.22 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-10-22 | 温度(℃) | 15~25 | 22.9 | 21.8 | 22.31 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-10-23 | 温度(℃) | 15~25 | 22.8 | 21.7 | 22.27 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-10-24 | 温度(℃) | 15~25 | 22.7 | 21.7 | 22.25 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-10-25 | 温度(℃) | 15~25 | 22.8 | 21.7 | 22.23 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-10-26 | 温度(℃) | 15~25 | 23.3 | 21.7 | 22.24 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-10-27 | 温度(℃) | 15~25 | 22.7 | 21.8 | 22.24 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-10-28 | 温度(℃) | 15~25 | 22.8 | 21.8 | 22.28 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-10-29 | 温度(℃) | 15~25 | 22.8 | 21.8 | 22.28 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-10-30 | 温度(℃) | 15~25 | 22.8 | 21.8 | 22.31 |
| 7号恒温箱（FYL-21-145421） | 000062D3 | 2026-10-31 | 温度(℃) | 15~25 | 22.9 | 21.8 | 22.37 |

打印者签名：朱超　　复核者签名：孙洁

# 日统计

统计时间:开始时间:2026-10-01　截止时间:2026-10-31

| 对象名称 | 监控点名称 | 分析日期 | 采集类型 | 报警上下限 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-10-01 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.89 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-10-02 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.9 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-10-03 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.91 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-10-04 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.9 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-10-05 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.89 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-10-06 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.89 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-10-07 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.9 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-10-08 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.88 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-10-09 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.89 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-10-10 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.89 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-10-11 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.9 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-10-12 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.89 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-10-13 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.9 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-10-14 | 温度(℃) | 2~8 | 6.1 | 5.8 | 5.91 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-10-15 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.93 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-10-16 | 温度(℃) | 2~8 | 6.1 | 5.8 | 5.95 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-10-17 | 温度(℃) | 2~8 | 6.1 | 5.9 | 6 |

| 对象名称 | 监控点名称 | 分析日期 | 采集类型 | 报警上下限 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-10-18 | 温度(℃) | 2~8 | 6.1 | 5.9 | 6 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-10-19 | 温度(℃) | 2~8 | 6.1 | 5.9 | 5.99 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-10-20 | 温度(℃) | 2~8 | 6.1 | 5.8 | 5.94 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-10-21 | 温度(℃) | 2~8 | 6.1 | 5.8 | 5.92 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-10-22 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.89 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-10-23 | 温度(℃) | 2~8 | 6.1 | 5.8 | 5.92 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-10-24 | 温度(℃) | 2~8 | 6.1 | 5.8 | 5.92 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-10-25 | 温度(℃) | 2~8 | 6.1 | 5.8 | 5.93 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-10-26 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.96 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-10-27 | 温度(℃) | 2~8 | 6.1 | 5.8 | 5.92 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-10-28 | 温度(℃) | 2~8 | 6.1 | 5.8 | 5.9 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-10-29 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.89 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-10-30 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.88 |
| 9号冷藏箱（UFYC1） | 01BA2DAA | 2026-10-31 | 温度(℃) | 2~8 | 6 | 5.8 | 5.89 |

打印者签名: 朱超　　复核者签名: 孙洁