

日统计

统计时间: 开始时间:2026-08-01 截止时间:2026-08-31

对象名称	监控点名称	分析日期	采集类型	报警上下限	最大值	最小值	平均值
2号冷藏箱 (EAV4D)	00006092	2026-08-01	温度(℃)	2~8	6.5	5.5	6.09
2号冷藏箱 (EAV4D)	00006092	2026-08-02	温度(℃)	2~8	6.4	5.6	6.1
2号冷藏箱 (EAV4D)	00006092	2026-08-03	温度(℃)	2~8	6.5	5.7	6.1
2号冷藏箱 (EAV4D)	00006092	2026-08-04	温度(℃)	2~8	6.4	5.7	6.12
2号冷藏箱 (EAV4D)	00006092	2026-08-05	温度(℃)	2~8	6.4	5.6	6.09
2号冷藏箱 (EAV4D)	00006092	2026-08-06	温度(℃)	2~8	6.4	5.6	6.13
2号冷藏箱 (EAV4D)	00006092	2026-08-07	温度(℃)	2~8	6.4	5.9	6.14
2号冷藏箱 (EAV4D)	00006092	2026-08-08	温度(℃)	2~8	6.4	5.9	6.16
2号冷藏箱 (EAV4D)	00006092	2026-08-09	温度(℃)	2~8	6.4	5.9	6.17
2号冷藏箱 (EAV4D)	00006092	2026-08-10	温度(℃)	2~8	6.4	5.9	6.16
2号冷藏箱 (EAV4D)	00006092	2026-08-11	温度(℃)	2~8	6.4	6	6.18
2号冷藏箱 (EAV4D)	00006092	2026-08-12	温度(℃)	2~8	6.4	5.9	6.15
2号冷藏箱 (EAV4D)	00006092	2026-08-13	温度(℃)	2~8	6.4	5.8	6.16
2号冷藏箱 (EAV4D)	00006092	2026-08-14	温度(℃)	2~8	6.3	5.9	6.13
2号冷藏箱 (EAV4D)	00006092	2026-08-15	温度(℃)	2~8	6.4	5.9	6.14
2号冷藏箱 (EAV4D)	00006092	2026-08-16	温度(℃)	2~8	6.4	5.9	6.14
2号冷藏箱 (EAV4D)	00006092	2026-08-17	温度(℃)	2~8	6.4	5.8	6.15

对象名称	监控点名称	分析日期	采集类型	报警上下限	最大值	最小值	平均值
2号冷藏箱 (EAV4D)	00006092	2026-08-18	温度(°C)	2~8	6.4	5.9	6.14
2号冷藏箱 (EAV4D)	00006092	2026-08-19	温度(°C)	2~8	6.4	5.9	6.13
2号冷藏箱 (EAV4D)	00006092	2026-08-20	温度(°C)	2~8	6.4	5.9	6.13
2号冷藏箱 (EAV4D)	00006092	2026-08-21	温度(°C)	2~8	6.4	5.8	6.13
2号冷藏箱 (EAV4D)	00006092	2026-08-22	温度(°C)	2~8	6.4	5.8	6.14
2号冷藏箱 (EAV4D)	00006092	2026-08-23	温度(°C)	2~8	6.4	5.8	6.14
2号冷藏箱 (EAV4D)	00006092	2026-08-24	温度(°C)	2~8	6.4	5.9	6.12
2号冷藏箱 (EAV4D)	00006092	2026-08-25	温度(°C)	2~8	6.4	5.9	6.14
2号冷藏箱 (EAV4D)	00006092	2026-08-26	温度(°C)	2~8	6.4	5.9	6.15
2号冷藏箱 (EAV4D)	00006092	2026-08-27	温度(°C)	2~8	6.4	5.9	6.13
2号冷藏箱 (EAV4D)	00006092	2026-08-28	温度(°C)	2~8	6.4	5.9	6.13
2号冷藏箱 (EAV4D)	00006092	2026-08-29	温度(°C)	2~8	6.4	5.9	6.14
2号冷藏箱 (EAV4D)	00006092	2026-08-30	温度(°C)	2~8	6.4	5.9	6.16
2号冷藏箱 (EAV4D)	00006092	2026-08-31	温度(°C)	2~8	6.4	5.9	6.15

打印者签名:

朱超

复核者签名:

孙洁

日统计

统计时间: 开始时间:2026-08-01 截止时间:2026-08-31

对象名称	监控点名称	分析日期	采集类型	报警上下限	最大值	最小值	平均值
5号恒温箱（FYL-24-181208）	00005F39	2026-08-01	温度（℃）	10~25	18.2	15.4	17.22
5号恒温箱（FYL-24-181208）	00005F39	2026-08-02	温度（℃）	10~25	18	15.8	17.12
5号恒温箱（FYL-24-181208）	00005F39	2026-08-03	温度（℃）	10~25	18	15.6	17.09
5号恒温箱（FYL-24-181208）	00005F39	2026-08-04	温度（℃）	10~25	18.1	15.4	16.88
5号恒温箱（FYL-24-181208）	00005F39	2026-08-05	温度（℃）	10~25	18.1	15.5	17.01
5号恒温箱（FYL-24-181208）	00005F39	2026-08-06	温度（℃）	10~25	18.2	14.9	16.83
5号恒温箱（FYL-24-181208）	00005F39	2026-08-07	温度（℃）	10~25	17.6	15.6	16.7
5号恒温箱（FYL-24-181208）	00005F39	2026-08-08	温度（℃）	10~25	17.5	15.6	16.65
5号恒温箱（FYL-24-181208）	00005F39	2026-08-09	温度（℃）	10~25	17.5	15.6	16.62
5号恒温箱（FYL-24-181208）	00005F39	2026-08-10	温度（℃）	10~25	17.5	15.6	16.64
5号恒温箱（FYL-24-181208）	00005F39	2026-08-11	温度（℃）	10~25	19.2	15.6	16.75
5号恒温箱（FYL-24-181208）	00005F39	2026-08-12	温度（℃）	10~25	17.5	15.6	16.62
5号恒温箱（FYL-24-181208）	00005F39	2026-08-13	温度（℃）	10~25	17.6	15.6	16.62
5号恒温箱（FYL-24-181208）	00005F39	2026-08-14	温度（℃）	10~25	17.7	15.6	16.73
5号恒温箱（FYL-24-181208）	00005F39	2026-08-15	温度（℃）	10~25	17.6	15.7	16.76
5号恒温箱（FYL-24-181208）	00005F39	2026-08-16	温度（℃）	10~25	17.6	15.7	16.71
5号恒温箱（FYL-24-181208）	00005F39	2026-08-17	温度（℃）	10~25	17.6	15.7	16.72

对象名称	监控点名称	分析日期	采集类型	报警上下限	最大值	最小值	平均值
5号恒温箱（FYL-24-181208）	00005F39	2026-08-18	温度（℃）	10~25	17.6	15.7	16.78
5号恒温箱（FYL-24-181208）	00005F39	2026-08-19	温度（℃）	10~25	19	15.6	16.74
5号恒温箱（FYL-24-181208）	00005F39	2026-08-20	温度（℃）	10~25	17.6	15.6	16.82
5号恒温箱（FYL-24-181208）	00005F39	2026-08-21	温度（℃）	10~25	17.7	15.7	16.84
5号恒温箱（FYL-24-181208）	00005F39	2026-08-22	温度（℃）	10~25	17.6	15.6	16.75
5号恒温箱（FYL-24-181208）	00005F39	2026-08-23	温度（℃）	10~25	17.7	15.7	16.78
5号恒温箱（FYL-24-181208）	00005F39	2026-08-24	温度（℃）	10~25	17.7	15.7	16.84
5号恒温箱（FYL-24-181208）	00005F39	2026-08-25	温度（℃）	10~25	17.6	15.7	16.75
5号恒温箱（FYL-24-181208）	00005F39	2026-08-26	温度（℃）	10~25	17.6	15.6	16.75
5号恒温箱（FYL-24-181208）	00005F39	2026-08-27	温度（℃）	10~25	18.5	15.1	16.84
5号恒温箱（FYL-24-181208）	00005F39	2026-08-28	温度（℃）	10~25	17.8	15.6	16.81
5号恒温箱（FYL-24-181208）	00005F39	2026-08-29	温度（℃）	10~25	17.7	16	16.97
5号恒温箱（FYL-24-181208）	00005F39	2026-08-30	温度（℃）	10~25	17.8	15.9	16.9
5号恒温箱（FYL-24-181208）	00005F39	2026-08-31	温度（℃）	10~25	17.7	15.9	16.89

打印者签名:

朱超

复核者签名:

孙洁

日统计

统计时间: 开始时间:2026-08-01 截止时间:2026-08-31

对象名称	监控点名称	分析日期	采集类型	报警上下限	最大值	最小值	平均值
6号恒温箱（FYL-21-145419）	0000615E	2026-08-01	温度（℃）	0~20	13.6	12.9	13.26
6号恒温箱（FYL-21-145419）	0000615E	2026-08-02	温度（℃）	0~20	14.8	12.9	13.27
6号恒温箱（FYL-21-145419）	0000615E	2026-08-03	温度（℃）	0~20	13.6	12.9	13.24
6号恒温箱（FYL-21-145419）	0000615E	2026-08-04	温度（℃）	0~20	13.6	12.7	13.21
6号恒温箱（FYL-21-145419）	0000615E	2026-08-05	温度（℃）	0~20	13.6	12.9	13.27
6号恒温箱（FYL-21-145419）	0000615E	2026-08-06	温度（℃）	0~20	13.7	12.7	13.2
6号恒温箱（FYL-21-145419）	0000615E	2026-08-07	温度（℃）	0~20	15.4	12.9	13.1
6号恒温箱（FYL-21-145419）	0000615E	2026-08-08	温度（℃）	0~20	13.3	12.9	13.03
6号恒温箱（FYL-21-145419）	0000615E	2026-08-09	温度（℃）	0~20	13.2	12.8	13.01
6号恒温箱（FYL-21-145419）	0000615E	2026-08-10	温度（℃）	0~20	13.2	12.8	13.02
6号恒温箱（FYL-21-145419）	0000615E	2026-08-11	温度（℃）	0~20	13.6	12.7	12.96
6号恒温箱（FYL-21-145419）	0000615E	2026-08-12	温度（℃）	0~20	15.7	12.7	12.95
6号恒温箱（FYL-21-145419）	0000615E	2026-08-13	温度（℃）	0~20	13.3	12.6	12.92
6号恒温箱（FYL-21-145419）	0000615E	2026-08-14	温度（℃）	0~20	13.3	12.7	12.99
6号恒温箱（FYL-21-145419）	0000615E	2026-08-15	温度（℃）	0~20	13.2	12.8	12.99
6号恒温箱（FYL-21-145419）	0000615E	2026-08-16	温度（℃）	0~20	15.6	12.8	13.06
6号恒温箱（FYL-21-145419）	0000615E	2026-08-17	温度（℃）	0~20	13.3	12.8	13.06

对象名称	监控点名称	分析日期	采集类型	报警上下限	最大值	最小值	平均值
6号恒温箱 (FYL-21-145419)	0000615E	2026-08-18	温度(℃)	0~20	13.3	12.7	13.03
6号恒温箱 (FYL-21-145419)	0000615E	2026-08-19	温度(℃)	0~20	13.3	12.8	13.07
6号恒温箱 (FYL-21-145419)	0000615E	2026-08-20	温度(℃)	0~20	13.4	12.8	13.12
6号恒温箱 (FYL-21-145419)	0000615E	2026-08-21	温度(℃)	0~20	15.9	12.9	13.16
6号恒温箱 (FYL-21-145419)	0000615E	2026-08-22	温度(℃)	0~20	13.4	12.9	13.07
6号恒温箱 (FYL-21-145419)	0000615E	2026-08-23	温度(℃)	0~20	13.3	12.8	13.09
6号恒温箱 (FYL-21-145419)	0000615E	2026-08-24	温度(℃)	0~20	13.3	12.9	13.12
6号恒温箱 (FYL-21-145419)	0000615E	2026-08-25	温度(℃)	0~20	13.2	12.8	13.02
6号恒温箱 (FYL-21-145419)	0000615E	2026-08-26	温度(℃)	0~20	15.3	12.7	13.03
6号恒温箱 (FYL-21-145419)	0000615E	2026-08-27	温度(℃)	0~20	13.3	12.8	13.08
6号恒温箱 (FYL-21-145419)	0000615E	2026-08-28	温度(℃)	0~20	13.2	12.8	13.03
6号恒温箱 (FYL-21-145419)	0000615E	2026-08-29	温度(℃)	0~20	13.3	12.9	13.04
6号恒温箱 (FYL-21-145419)	0000615E	2026-08-30	温度(℃)	0~20	13.3	12.8	13.03
6号恒温箱 (FYL-21-145419)	0000615E	2026-08-31	温度(℃)	0~20	15.1	12.8	13.07

打印者签名:

朱超

复核者签名:

孙洁

日统计

统计时间: 开始时间:2026-08-01 截止时间:2026-08-31


对象名称	监控点名称	分析日期	采集类型	报警上下限	最大值	最小值	平均值
7号恒温箱（FYL-21-145421）	000062D3	2026-08-01	温度（℃）	15~25	23.1	21.6	22.41
7号恒温箱（FYL-21-145421）	000062D3	2026-08-02	温度（℃）	15~25	22.9	21.5	22.33
7号恒温箱（FYL-21-145421）	000062D3	2026-08-03	温度（℃）	15~25	22.9	21.5	22.32
7号恒温箱（FYL-21-145421）	000062D3	2026-08-04	温度（℃）	15~25	23	21.4	22.25
7号恒温箱（FYL-21-145421）	000062D3	2026-08-05	温度（℃）	15~25	23.1	21.4	22.34
7号恒温箱（FYL-21-145421）	000062D3	2026-08-06	温度（℃）	15~25	23.1	21.4	22.33
7号恒温箱（FYL-21-145421）	000062D3	2026-08-07	温度（℃）	15~25	22.6	21.7	22.13
7号恒温箱（FYL-21-145421）	000062D3	2026-08-08	温度（℃）	15~25	22.6	21.7	22.12
7号恒温箱（FYL-21-145421）	000062D3	2026-08-09	温度（℃）	15~25	22.6	21.7	22.1
7号恒温箱（FYL-21-145421）	000062D3	2026-08-10	温度（℃）	15~25	22.7	21.7	22.09
7号恒温箱（FYL-21-145421）	000062D3	2026-08-11	温度（℃）	15~25	22.7	21.7	22.13
7号恒温箱（FYL-21-145421）	000062D3	2026-08-12	温度（℃）	15~25	22.6	21.7	22.11
7号恒温箱（FYL-21-145421）	000062D3	2026-08-13	温度（℃）	15~25	22.6	21.7	22.11
7号恒温箱（FYL-21-145421）	000062D3	2026-08-14	温度（℃）	15~25	22.7	21.7	22.16
7号恒温箱（FYL-21-145421）	000062D3	2026-08-15	温度（℃）	15~25	23	21.7	22.16
7号恒温箱（FYL-21-145421）	000062D3	2026-08-16	温度（℃）	15~25	22.7	21.7	22.17
7号恒温箱（FYL-21-145421）	000062D3	2026-08-17	温度（℃）	15~25	22.7	21.7	22.19

对象名称	监控点名称	分析日期	采集类型	报警上下限	最大值	最小值	平均值
7号恒温箱（FYL-21-145421）	000062D3	2026-08-18	温度（℃）	15~25	22.6	21.7	22.16
7号恒温箱（FYL-21-145421）	000062D3	2026-08-19	温度（℃）	15~25	22.7	21.7	22.16
7号恒温箱（FYL-21-145421）	000062D3	2026-08-20	温度（℃）	15~25	22.7	21.7	22.16
7号恒温箱（FYL-21-145421）	000062D3	2026-08-21	温度（℃）	15~25	22.8	21.7	22.22
7号恒温箱（FYL-21-145421）	000062D3	2026-08-22	温度（℃）	15~25	22.8	21.6	22.15
7号恒温箱（FYL-21-145421）	000062D3	2026-08-23	温度（℃）	15~25	22.7	21.7	22.15
7号恒温箱（FYL-21-145421）	000062D3	2026-08-24	温度（℃）	15~25	22.7	21.7	22.19
7号恒温箱（FYL-21-145421）	000062D3	2026-08-25	温度（℃）	15~25	22.6	21.7	22.12
7号恒温箱（FYL-21-145421）	000062D3	2026-08-26	温度（℃）	15~25	22.7	21.7	22.14
7号恒温箱（FYL-21-145421）	000062D3	2026-08-27	温度（℃）	15~25	22.7	21.8	22.21
7号恒温箱（FYL-21-145421）	000062D3	2026-08-28	温度（℃）	15~25	22.8	21.7	22.16
7号恒温箱（FYL-21-145421）	000062D3	2026-08-29	温度（℃）	15~25	22.7	21.7	22.14
7号恒温箱（FYL-21-145421）	000062D3	2026-08-30	温度（℃）	15~25	22.6	21.8	22.11
7号恒温箱（FYL-21-145421）	000062D3	2026-08-31	温度（℃）	15~25	22.7	21.7	22.13

打印者签名:



复核者签名:



日统计

统计时间: 开始时间:2026-08-01 截止时间:2026-08-31

对象名称	监控点名称	分析日期	采集类型	报警上下限	最大值	最小值	平均值
9号冷藏箱 (UFYC1)	01BA2DAA	2026-08-01	温度(℃)	2~8	6	5.7	5.81
9号冷藏箱 (UFYC1)	01BA2DAA	2026-08-02	温度(℃)	2~8	6	5.7	5.82
9号冷藏箱 (UFYC1)	01BA2DAA	2026-08-03	温度(℃)	2~8	6	5.7	5.83
9号冷藏箱 (UFYC1)	01BA2DAA	2026-08-04	温度(℃)	2~8	6.1	5.7	5.86
9号冷藏箱 (UFYC1)	01BA2DAA	2026-08-05	温度(℃)	2~8	6	5.7	5.83
9号冷藏箱 (UFYC1)	01BA2DAA	2026-08-06	温度(℃)	2~8	6	5.6	5.86
9号冷藏箱 (UFYC1)	01BA2DAA	2026-08-07	温度(℃)	2~8	6	5.7	5.86
9号冷藏箱 (UFYC1)	01BA2DAA	2026-08-08	温度(℃)	2~8	6	5.7	5.88
9号冷藏箱 (UFYC1)	01BA2DAA	2026-08-09	温度(℃)	2~8	6	5.8	5.89
9号冷藏箱 (UFYC1)	01BA2DAA	2026-08-10	温度(℃)	2~8	6.1	5.8	5.88
9号冷藏箱 (UFYC1)	01BA2DAA	2026-08-11	温度(℃)	2~8	6	5.8	5.88
9号冷藏箱 (UFYC1)	01BA2DAA	2026-08-12	温度(℃)	2~8	6.1	5.8	5.88
9号冷藏箱 (UFYC1)	01BA2DAA	2026-08-13	温度(℃)	2~8	6.1	5.8	5.88
9号冷藏箱 (UFYC1)	01BA2DAA	2026-08-14	温度(℃)	2~8	6	5.7	5.86
9号冷藏箱 (UFYC1)	01BA2DAA	2026-08-15	温度(℃)	2~8	6	5.8	5.86
9号冷藏箱 (UFYC1)	01BA2DAA	2026-08-16	温度(℃)	2~8	6	5.7	5.87
9号冷藏箱 (UFYC1)	01BA2DAA	2026-08-17	温度(℃)	2~8	6	5.7	5.84

对象名称	监控点名称	分析日期	采集类型	报警上下限	最大值	最小值	平均值
9号冷藏箱 (UFYC1)	01BA2DAA	2026-08-18	温度(°C)	2~8	6	5.7	5.85
9号冷藏箱 (UFYC1)	01BA2DAA	2026-08-19	温度(°C)	2~8	6	5.7	5.85
9号冷藏箱 (UFYC1)	01BA2DAA	2026-08-20	温度(°C)	2~8	6	5.7	5.84
9号冷藏箱 (UFYC1)	01BA2DAA	2026-08-21	温度(°C)	2~8	6	5.7	5.83
9号冷藏箱 (UFYC1)	01BA2DAA	2026-08-22	温度(°C)	2~8	6	5.7	5.85
9号冷藏箱 (UFYC1)	01BA2DAA	2026-08-23	温度(°C)	2~8	6	5.7	5.86
9号冷藏箱 (UFYC1)	01BA2DAA	2026-08-24	温度(°C)	2~8	6	5.7	5.83
9号冷藏箱 (UFYC1)	01BA2DAA	2026-08-25	温度(°C)	2~8	6	5.8	5.86
9号冷藏箱 (UFYC1)	01BA2DAA	2026-08-26	温度(°C)	2~8	6	5.7	5.86
9号冷藏箱 (UFYC1)	01BA2DAA	2026-08-27	温度(°C)	2~8	6	5.7	5.83
9号冷藏箱 (UFYC1)	01BA2DAA	2026-08-28	温度(°C)	2~8	6	5.7	5.84
9号冷藏箱 (UFYC1)	01BA2DAA	2026-08-29	温度(°C)	2~8	6	5.7	5.84
9号冷藏箱 (UFYC1)	01BA2DAA	2026-08-30	温度(°C)	2~8	6	5.7	5.86
9号冷藏箱 (UFYC1)	01BA2DAA	2026-08-31	温度(°C)	2~8	6	5.8	5.86

打印者签名:

朱超

复核者签名:

孙洁